



DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD		MEDIDAS GENERALES Y OCUPACIÓN	
Los equipos considerados en esta propuesta responden a una producción estimado de 48 STU (unidad de esterilización) por ciclo de funcionamiento y 78 DIN (unidad de lavado), sin embargo la producción total dependerá de otros factores como horas de funcionamiento y recurso humano, según lo que determine el estudio preinversional.		Largo m:	33
		Alto interior m:	2,7
		Ancho m:	21,5
		Superficie m ² :	566
		Ocupación - N° personas promedio	-
COMPLEJIDAD DE LA UNIDAD TIPO:		ALTA/MEDIANA	
SIMBOLOGÍA EN PLANTA			
EST_02	Recepción - descarga y clasificación de dispositivos médicos	EST_07	Esterilización - oxido de etileno (ETO)
EST_03	Lavado de carros	EST_08	Almacenamiento y distribución
EST_04	Descontaminado y lavado		
EST_05	Preparación y empaque		
EST_06	Esterilización		

NOTA GENERAL: Instrucciones y descripciones acerca del uso de la ficha pueden ser revisados en el documento E. Fichas de recintos tipo 2021